

KLEINE ANFRAGE

des Abgeordneten Nikolaus Kramer, Fraktion der AfD

**Automatisierte externe Defibrillatoren (AED) in Regierungsgebäuden
und**

ANTWORT

der Landesregierung

Mit mehr als 150.000 Opfern ist der plötzliche Herztod die häufigste Todesursache in Deutschland. Die Herz-Lungen-Wiederbelebung und die Defibrillation des Herzens sind die einzig effektiven Maßnahmen zur Wiederbelebung. Automatisierte externe Defibrillatoren (AED) bieten auch für Laien die Möglichkeit, eine effektive Wiederbelebung im Notfall durchzuführen (<https://www.gesundheit.de/wissen/haetten-sie-es-gewusst/medizinische-begriffe/was-ist-ein-sekudentod>).

1. Wie viele automatisierte externe Defibrillatoren sind im Bestand der Landesregierung (aufgeschlüsselt nach Staatskanzlei, Ministerien und nachgeordneten Behörden)?
2. In welchen Gebäuden befinden sich diese?
Wie viele sind jeweils vorhanden?
3. Sind die Standorte für Ersthelfer entsprechend ausgewiesen beziehungsweise gekennzeichnet?
Wenn ja, wie?

Die Fragen 1 bis 3 werden zusammenhängend in nachfolgender Tabelle beantwortet.

Ressort/ Nachgeordnete Behörde	Antwort zu Frage 1	Antwort zu Frage 2	Antwort zu Frage 3
Staatskanzlei	1	Eingangsbereich des Dienstgebäudes	Die ausgebildeten Ersthelfer sind in die Standorte der Defibrillatoren eingewiesen. (jährliche Schulung)
Landesvertretung Berlin	1	Eingangsbereich der Landesvertretungen der Länder M-V und Brandenburg	Alle Beschäftigten sind in die Standorte der Defibrillatoren eingewiesen (jährliche Brandschutzunterweisung)
Ministerium für Inneres und Europa	3	Alexandrinestraße J.-Stelling-Straße Brüssel, Boulevard St. Michel 80 (Defibrillator des Landes Sachsen-Anhalt wird mitgenutzt - im selben Gebäude)	Die Standorte sind mit Beschriftungen gekennzeichnet.
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege	5	Lehrgebäude 1 Sporthalle Einsatztrainingscenter Raumschießanlage Fahr- und Sicherheitstraining Peenemünde	Die ausgebildeten Ersthelfer sind in die Standorte der Defibrillatoren eingewiesen.
Landesamt für innere Verwaltung	3	Dienstgebäude A Dienstgebäude B Dienstgebäude C (Horst - OT Nostorf)	Die Ersthelfer sind in die Standorte der Defibrillatoren eingewiesen. Die Kennzeichnung ist mit dem Erste-Hilfe-Schild „Automatisierter externer Defibrillator (AED)“ erfolgt.

Ressort/ Nachgeordnete Behörde	Antwort zu Frage 1	Antwort zu Frage 2	Antwort zu Frage 3
Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutz Ausbildung	1	Kursbüro der Abteilung Strahlenschutz Ausbildung	Die Ersthelfer sind in die Standorte der Defibrillatoren eingewiesen.
Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz	1	Brandübungshaus	Die Standorte sind internen Ersthelfern bekannt.
Polizeipräsidium (PP) mit Kriminalinspektion (KPI) Neubrandenburg	1	Eingangsbereich	Der Standort ist durch ein großes Schild mit der Aufschrift „Defi“ und einer daneben aufgehängten Betriebsanweisung gekennzeichnet. Zusätzlich sind neben dem AED die bestellten Ersthelfer und der Geräteverantwortliche namentlich ausgewiesen.
Polizeipräsidium Rostock (PP Rostock)	2	Am Sitz des PP in Waldeck befindet sich je ein Defibrillator im ETR-Gebäude sowie im Haus 3, 1. OG.	Der Standort ist durch Hinweisschilder (Bildaufdruck Defibrillator) gekennzeichnet. Zudem befindet sich an jedem Erste-Hilfe-Kasten der Hinweis auf den Standort des nächstgelegenen Defibrillators.
Landeskriminalamt M-V (LKA)	9	4 AED in der Retgendorfer Str. 9, 19067 Leezen, 5 AED in den Häusern 2, 3 und 30 sowie im KT-Gebäude Mobile AED für Einsatzgruppen	Alle Beschäftigten sind in die Standorte der Defibrillatoren eingewiesen. Sie wurden gut sichtbar in den Eingangsbereichen der Gebäude montiert.
Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V (LPBK)/Polizeizentrum Schwerin	2	Eingangsbereich der Graf-Yorck-Straße 6, Haus B - Polizeihauptrevier Schwerin/der KPI Schwerin	Die AED sind durch Rettungskennzeichen am Standort und durch Rettungskennzeichen im Flucht- und

Ressort/ Nachgeordnete Behörde	Antwort zu Frage 1	Antwort zu Frage 2	Antwort zu Frage 3
		Eingangsbereich der Graf-Yorck-Straße 8, Haus G - Polizei- inspektion Schwerin	Rettungsplan gekennzeichnet.
Justizministerium	Anschaffung in diesem Haushaltsjahr geplant		
Oberlandesgericht Rostock	1	Dienstgebäude	Die Standorte sind entsprechend der DGUV gekenn- zeichnet. An drei Gerichts- standorten ist keine Kennzeichnung vorhanden. Den Ersthelfern ist der Standort jedoch bekannt. In den Justizvollzugs- und Jugendanstalten sind die Standorte der Defibrillatoren im Notfallplan ausge- wiesen. Die Kenn- zeichnung erfolgt mit Piktogramm- Schildern.
Landgericht Rostock; Amtsgericht Rostock	2	Dienstgebäude	
Landgericht Schwerin	1	Dienstgebäude	
Landgericht Neubrandenburg, Zweigstelle Demmin, Amtsgericht Pasewalk, Zweigstelle Anklam, Amtsgericht Waren	5	Dienstgebäude	
Justizzentrum Stralsund LG	1	Dienstgebäude	
Generalstaatsanwaltschaft Rostock, Staatsanwaltschaft Rostock, Staatsanwaltschaft Schwerin, Staatsanwaltschaft Stralsund, Staatsanwaltschaft Neubrandenburg	5	Dienstgebäude	
Landessozialgericht M-V	1	Dienstgebäude	
Oberverwaltungsgericht Greifswald	1	Dienstgebäude	
Geschäftsbereich Justiz- vollzug und ambulante Straffälligenarbeit: Justizvollzugsanstalt Bützow, Justizvollzugsanstalt Neubrandenburg, Justizanstalt Neustrelitz, Justizvollzugsanstalt Stralsund Justizvollzugsanstalt Waldeck	11	Dienstgebäude	

Ressort/ Nachgeordnete Behörde	Antwort zu Frage 1	Antwort zu Frage 2	Antwort zu Frage 3
Finanzministerium	1	Eingangsfoyer des Hauptgebäudes	Die ausgebildeten Ersthelfer sind in die Standorte der Defibrillatoren eingewiesen. Über dem Defibrillator ist das entsprechende Rettungszeichen-Symbolschild gut sichtbar angebracht.
Staatliches Museum Schwerin	In diesem Jahr ist die Anschaffung von vier Defibrillatoren für die Standorte Galerie Alte und Neue Meister, Schloss Schwerin, Schloss Güstrow und Schloss Ludwigslust geplant.		
BBL Rostock	1	Im Behördenzentrum am Standort des BBL in Rostock (keine Landesliegenschaft) ist ein automatisierter externer Defibrillator verfügbar.	Es befinden sich auf jeder Etage am schwarzen Brett gut sichtbare Aushänge zu dessen Standort.
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit	1	Haupthaus J.-Stelling-Str., 2. OG Mittelflur	Alle Beschäftigten sind in die Standorte der Defibrillatoren eingewiesen. (jährliche Brandschutzunterweisung) Rettungszeichen-Symbolschild über dem Defibrillator
Ministerium für Land- wirtschaft und Umwelt	2	Eingangsbereich im Haupthaus Pauls-höhe sowie Eingangsbereich Dienstgebäude Dreescher Markt 5. Etage, Flur	Hinweistafeln Erste Hilfe auf allen Fluren beider Standorte, Intranet
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Güstrow	1	Dienstgebäude Haus 8, EG, Raum 130	Hinweistafeln Erste Hilfe
Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Rostock	1	Laborgebäude Thierfelderstraße	Hinweistafel Erste Hilfe
Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg Rostock	1	Dienstgebäude	Hinweistafel Erste Hilfe
Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern Stralsund	1	Gewässerölfangschiff „Strelasund“	Hinweistafel Erste Hilfe

Ressort/ Nachgeordnete Behörde	Antwort zu Frage 1	Antwort zu Frage 2	Antwort zu Frage 3
Fachschule für Agrarwirtschaft „Johann Heinrich von Thünen“ Güstrow-Bockhorst	1	Berufsschule Haus 2	Hinweistafel Erste Hilfe
Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei	2	Außenstelle Born Außenstelle Hohen Wangelin	Hinweistafel Erste Hilfe
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	1	Eingangsbereich des Dienstgebäudes	Der Standort ist für Ersthelfer durch einen Hinweisaufkleber gekennzeichnet. Darüber hinaus sind an den Sanitätskästen im Haus Erste-Hilfe-Plakate angebracht. Auf diesen befindet sich jeweils ein Hinweis, dass im Eingangsbereich ein Defibrillator vorhanden ist.
Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung	1	Dienstgebäude	Die Standorte sind in den Flucht- und Rettungswegeplänen und in der Hausordnung ausgewiesen. Zusätzlich sind auf allen Geschossen Hinweise zum Standort angebracht. Des Weiteren sind die automatisierten externen Defibrillatoren mit dem Rettungszeichen E010
Straßenbaumt Schwerin	1	Dienstgebäude	Automatisierter Externer Defibrillator gemäß der Technischen Regel für Arbeitsstätten (ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“) gekennzeichnet.

Ressort/ Nachgeordnete Behörde	Antwort zu Frage 1	Antwort zu Frage 2	Antwort zu Frage 3
Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung	1	Eingangsbereich des Dienstgebäudes	Die ausgebildeten Ersthelfer sowie weitere interessierte Kolleginnen und Kollegen sind in die Standorte der Defibrillatoren eingewiesen. Hinweisschild
Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V Standorte: Rostock, Schwerin, Neubrandenburg, Greifswald, Stralsund	8	Dienstgebäude	Die ausgebildeten Ersthelfer sind in die Standorte der Defibrillatoren eingewiesen. Hinweisschild

Neben den angegebenen „eigenen“ AED der verschiedenen Geschäftsbereiche nutzen auch Behörden, die im selben Gebäude mit untergebracht sind, die in ihren Liegenschaften vorhandenen AED mit.